



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

FAQ n. 1

Aggiornata a tutti i quesiti pervenuti entro il giorno 17 novembre 2020

QUESITO N. 1

In relazione alla Gara in oggetto siamo a chiedervi un chiarimento in merito all'articolo Armadi combinati.

Considerato il fatto che le porte a soffietto riducono notevolmente la capacità dei ripiani interni degli armadi e che sono richieste solo per il lato infiammabili degli stessi e non per quello acidi/basi, vorremmo sapere se la presenza di tali chiusure a soffietto è vincolante la presentazione della gara.

RISPOSTA

La tipologia delle ante degli Armadi combinati può essere sia ad anta scorrevole che ad anta a soffietto, purché si rispettino le caratteristiche di certificazione e di resistenza al fuoco richieste, così come peraltro indicato all'art. 3.2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto (nella versione aggiornata pubblicata sul sito <https://www.unicam.it/bandi> il 17/11/2020).