



FAQ n. 2

Aggiornata a tutti i quesiti pervenuti entro il giorno 27 novembre 2020

QUESITO N. 1

In relazione alla Gara in oggetto siamo a chiedervi un chiarimento in merito all'articolo Armadi combinati.

Considerato il fatto che le porte a soffietto riducono notevolmente la capacità dei ripiani interni degli armadi e che sono richieste solo per il lato infiammabili degli stessi e non per quello acidi/basi, vorremmo sapere se la presenza di tali chiusure a soffietto è vincolante la presentazione della gara.

RISPOSTA

La tipologia delle ante degli Armadi combinati può essere sia ad anta scorrevole che ad anta a soffietto, purché si rispettino le caratteristiche di certificazione e di resistenza al fuoco richieste, così come peraltro indicato all'art. 3.2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto (nella versione aggiornata pubblicata sul sito [https://www.unicam.it/bandi il 17/11/2020](https://www.unicam.it/bandi%20il%2017/11/2020)).

QUESITO N. 2

Nel Disciplinare di Gara, art. 12. Punto D) “requisiti di capacità tecnica-professionale”, al punto 1 viene richiesto all’OE di “avere eseguito senza demerito forniture di arredi tecnici analoghe a quelle oggetto della presente procedura, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2017-2019), a favore di Enti Pubblici o Privati per il seguente importo: € 2.500.000,00”. Il possesso del requisito deve essere dichiarato dal concorrente nel proprio DGUE. Per ogni fornitura dovrà essere presentato un certificato originale o in copia conforme, rilasciato dall’Amministrazione o dal Committente privato, attestante il committente, l’oggetto, il periodo della fornitura e l’importo.

Si richiede se in alternativa al certificato rilasciato dall’Amministrazione o dal Committente privato, vengano egualmente accettate copie del contratto e delle fatture quietanzate, attestanti il committente, l’oggetto, il periodo della fornitura e l’importo.

RISPOSTA

Il requisito di capacità tecnica-professionale richiesto al Punto D dell’art. 12 del Disciplinare di gara, mira a comprovare la capacità professionale dell’operatore



economico, il possesso dell'esperienza necessaria, delle risorse umane e tecniche per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Nella procedura in oggetto, che necessita di fornitura e posa in opera/installazione, la capacità professionale degli operatori economici, ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.lgs. 50/2016, è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Pertanto, in alternativa ai certificati richiesti, può considerarsi equivalente la presentazione di copia del contratto di affidamento di una fornitura analoga, integrata dalle fatture quietanzate attestanti il committente, l'oggetto, il periodo della fornitura e l'importo liquidato.

QUESITO N. 3

CERTIFICAZIONI PER CAPPE CHIMICHE: nel Capitolato è richiesta, pena esclusione, la certificazione secondo la norma EN14175 parti 1-2-3-6. Dato che la parte 1 non è certificabile in quanto fa riferimento al Vocabolario, chiediamo se si tratti di un refuso.

RISPOSTA

La parte 1 della norma EN14175 fa riferimento al glossario dei termini che identificano i componenti delle cappe; trattasi, quindi, di mero refuso.

QUESITO N. 4

CERTIFICAZIONI PER BANCHI DA LABORATORIO: è richiesta la certificazione secondo la norma EN13150. Dallo scorso 30 aprile 2020 è entrata in vigore la UNI EN 13150:2020 che si applica ai soli banchi da lavoro, tavoli mobili per attività scientifiche e ripiani di banchi da lavoro per l'utilizzo presso istituzioni scolastiche e laboratori simili e che NON si applica più ai banchi da lavoro e ai tavoli da lavoro per laboratori industriali, istituti e università o istituti di ricerca simili, siamo a chiedere se tale richiesta sia un refuso

RISPOSTA

Si conferma la validità dell'ultima versione della norma EN 13150:2020, che non prevede la certificazione per i Banchi da laboratorio di che trattasi.

QUESITO N. 5

MODULI TECNICI PORTA IMPIANTI: viene richiesto che i montanti verticali portanti del modulo tecnico siano realizzati in lega leggera di alluminio. L'utilizzo di tale materiale è vincolante o a pena esclusione dalla gara?

RISPOSTA

Come indicato nel punto 3.2.1. del Capitolato speciale d'appalto, per i montanti verticali portanti del modulo tecnico si è chiesto di utilizzare, preferibilmente, una



lega leggera di alluminio. Pertanto, eventuali proposte alternative, saranno comunque valutate dalla Commissione giudicatrice.

QUESITO N. 6

MOBILETTI SOTTOSTRUTTURALI: viene richiesto che quelli ad ante a battente abbiano un angolo di apertura superiore a 240°. Tale apertura rischia di danneggiare i mobiletti adiacenti se l'anta è completamente aperta: chiediamo quindi se tale ampiezza di apertura sia vincolante o a pena esclusione dalla gara.

RISPOSTA

La scelta progettuale di un angolo di apertura superiore a 240° è stata effettuata in relazione al migliore impiego di tali mobiletti all'interno del laboratorio.

Si invita, pertanto, ad attenersi a quanto indicato al punto 3.2.5. del Capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N. 7

CAPPE CHIMICHE CON SERVIZI A CRUSCOTTO: si richiede che i comandi funzionali e meccanici (pannello di controllo, rubinetterie, prese, ecc.) dovranno essere montati in zona protetta da urti accidentali e incassati nel profilo della struttura sotto il piano di lavoro. Dal momento che le cappe chimiche sono dispositivi di protezione collettiva e che devono garantire la sicurezza dell'operatore, il posizionamento dei comandi funzionali al di sotto del piano di lavoro non garantisce la protezione dell'operatore stesso in caso di tracimazione di eventuali spanti dal piano di lavoro. Garantire la sicurezza dei tecnici del laboratorio è essenziale e quindi chiediamo se tale richiesta di posizionamento dei comandi della cappa sia vincolante o se sia possibile alloggiare le utenze in posizione di totale sicurezza sui montanti laterali verticali.

RISPOSTA

Il posizionamento dei vari comandi funzionali e meccanici al di sotto del piano di lavoro è stato adeguatamente ponderato dal gruppo di lavoro appositamente costituito per la messa a punto del progetto.

Si invita, pertanto, ad attenersi a quanto indicato al punto 3.2.8. del Capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N. 8

BANCONE DA APPOGGIO STRUMENTAZIONE certificato per carichi di almeno 400 kg/m. Dal momento che i banchi sono richiesti con prestazioni non contemplati nelle specifiche della norma, è sufficiente una dichiarazione del costruttore?

RISPOSTA



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

È sufficiente una dichiarazione da parte del costruttore che ne attesti la capacità di carico per almeno 400 kg/m.

QUESITO N. 9

LAVAVETRERIA: nel Capitolato si richiede che sia dotata con soluzione di lavaggio misto per provette, pipette e matracci a posizione multipla, mentre in tutte le altre descrizioni (G003, G004) tale richiesta non si ritrova. È possibile chiarire se la caratteristica è richiesta oppure no?

RISPOSTA

Le caratteristiche specifiche richieste circa l'allestimento delle lavavetrerie sono quelle indicate al punto 3.2.22. del Capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N. 10

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 09.12.2020 alle ore 13.00. Data la situazione di emergenza sanitaria in cui stiamo operando e ai conseguenti rallentamenti nello svolgimento di tutte le normali attività di progettazione e produzione alle quali ci troviamo a fare fronte, siamo a chiedere se sia possibile posticipare i termini di presentazione delle offerte.

RISPOSTA

In considerazione delle scadenze inderogabili per l'affidamento di tale procedura, si confermano i termini indicati nei documenti di gara.

QUESITO N. 11

Con la presente siamo a richiedere una proroga dei termini di consegna della campionatura sino al 18/12/2020. Tale richiesta deriva dal fatto che le tempistiche di consegna della campionatura sono molto strette anche e soprattutto per il rallentamento dovuto alla situazione COVID-19, che non ci permetterebbe di completarla e installarla nei tempi indicati nel bando di gara. Risultando inoltre molto impattante dal punto di vista quantitativo, si richiede, nel caso parte delle dotazioni richieste non fossero disponibili per tempo, di poterle descrivere con documentazione fotografica e con specifiche tecniche allegate.

RISPOSTA

Si fa presente che la mancata presentazione della campionatura non è causa di esclusione dalla procedura di gara poiché, come si evince dall'art. 5 del Disciplinare di Gara, la campionatura stessa rappresenta un ausilio alla Commissione giudicatrice per valutare l'offerta tecnica delle Ditte partecipanti. Pertanto, gli operatori economici sono invitati a completare l'installazione della campionatura, in modo da consentire



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

alla commissione giudicatrice la migliore valutazione dei prodotti all'atto dell'esame dell'Offerta tecnica.

QUESITO N. 12

Nel caso in cui la cappa chimica fosse consegnata con una dimensione diversa (ad esempio 1500 anziché 1800) ma della medesima tipologia, ciò venisse in egual modo accettata.

RISPOSTA

La campionatura rappresenta un ausilio alla Commissione giudicatrice per valutare l'offerta tecnica delle Ditte partecipanti. Quindi, è interesse dell'operatore proporre la campionatura che meglio rappresenti la propria Offerta.